

규격서

설치장소	물 품 명	단위	수량
강원도 강릉의료원	수술대	시스템	1
<p>○ 규격서는 최소한의 기준사양을 알려 드리오니 기준사양에 적합하거나, 그 이상의 규격을 가진 제품을 제시하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 규격서 심사결과 부적격업체는 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없으며, 가격 입찰서는 자동 무효 처리 됩니다.</p> <p>또한 규격심사는 실사용기관의 규격심사위원회에서 공정하게 심사되는 부분에 대한 이의나 반대는 허용되지 않으며, 심사 결과에 대한 공개는 요구할 수 없고, 공개하지 않음을 알려 드립니다.</p>			

1. 특 징

- 1) 수술대의 동작은 전원 연결 또는 내장 배터리를 이용하여 유선 리모컨과 보조스위치에 의하여 이루어지며 높낮이 및 등판, 다리판의 작동은 움직이는 각 부위에 설치된 각각의 모터로 동작되는 방식이어야 한다.
- 2) X-ray 투과되는 수술대 상판이어야 하며, 수술대기둥이 C-arm 장비의 최대한 근접을 가능하게 해야 한다.
- 3) 상방 및 하방으로 전동 슬라이딩이 가능하여야 한다.
- 4) 등판과 다리판의 동작은 전동으로 가능하여야 한다.
- 5) 수술대를 바닥에 고정하기 위한 잠금기능은 전동으로 이루어 져야 하며, 잠금 기능 해제 불능 시, 잠금을 해제 할 수 있는 응급 해제기능이 있어야 한다.
- 6) 정상 포지션에서 반대 포지션으로 변경할 수 있어야 한다.
- 7) level 버튼을 누름으로써 자동으로 zero level로 돌아가야 한다.
- 8) 골절 테이블의 견인용 부츠 및 견인조정핸들장치를 부착하고 수술대와 연결되는 Extension arm 은 X-ray 투과가 용이하도록 금속이 아닌 카본 재질로 제작되어야 한다.
- 9) 골절 테이블의 편리한 탈 부착을 위하여, 전용 이동형 카트가 함께 구성되어야 한다.
- 10) 수술대 본체와 골절 테이블은 연결의 안정성과 환자의 안전을 위하여 동일한 회사의 제조품이어야 하며, 식약처의 허가/신고가 된 제품이어야 한다.

2. 규 격

- 1) 환자 최대 몸무게 : 400kg 또는 320kg
- 2) 수술대 높낮이 조절 범위 : 660 ~ 1,030mm 또는 670 ~ 1,120mm
- 3) 수술대 상판의 전후 슬라이딩 조절 범위 : 340mm 또는 420mm
- 4) Trendelenburg / Reverse - Trendelenburg : $\pm 30^{\circ}$ 또는 $\pm 45^{\circ}$
- 5) 좌/우 기울기 : $\pm 25^{\circ}$ 또는 $\pm 30^{\circ}$
- 6) 등받이 기울기 up/down : $+80^{\circ}$ / -60° 또는 $+75^{\circ}$ / -35°

- 7) 다리판 기울기 up/down : +80°/ -92° 또는 +20°/ -90°
- 8) 상판의 길이 : 2,100mm 이상
- 9) 상판의 넓이 : 500mm 이상
- 10) 테이블 무게 : 230kg 또는 240kg
- 11) X-ray cassette channel : 내장형
- 12) 배터리 충전기 : 내장형
- 13) 수술대 작동방식 : 전동식

3. 구 성 품

- 1) Operating table : 1 pc
 - Operating table with 5 section modular table top(inc. remote control)
: Leg section two parts spreadable, seat section, back section, pelvic section, head section
 - Modular table top is entirely X-translucent.
- 2) Arm support : 2 pcs
- 3) Lateral braces set (3pcs) : 1 pc
- 4) Shoulder supports set : 1 pc
- 5) Anesthesia screen : 1 pc
- 6) Tubes holder : 1 pc
- 7) Arm surgery table (Carpa type) : 1 pc
- 8) Leg Holder : 2 pcs
- 9) Arthroscopic leg holder : 1 pc
- 10) Adult head gel donut : 1 pc
- 11) Prone head positioner (gel type) : 1 pc
- 12) Extension Unit
 - Docking trolley : 1 pc
 - Extension adapter with universal support : 1 pc
 - Counter traction post : 1 pc
 - Transfer leg section : 1 pc
 - Supporting pad hip : 1 pc
 - Extension joint strut X-RAY, Carbon, Pair : 1 pc
 - Spindle traction mechanism set : 2 pcs
 - Traction boot : 2 pcs
 - Counter traction post for Femur : 1 pc

4. 비고

- 1) 무상보증 : 성능 테스트 후 3년 보증
- 2) 설치 및 교육은 교육을 받은 엔지니어가 무상으로 제공